

Identification du dispositif : **COUSSIN AXTAIR AXENSOR®**

Description du dispositif : **Coussin à air motorisé automatique**

Références du dispositif :
- Pompe AXTAIR AUTOMORPHO V6 VAXT6/POMPE/AUTO
- Coussin AXTAIR AUTOMORPHO V6 VAXT6/CO/AUTO
- Housse VHCO/AXT/HAUT

Fabriquant : **ASKLE SANTE (Groupe Winncare)**
ACTIPARC - ZI de Grézan – 200 rue Charles Tellier
30034 Nîmes Cedex 1

Les essais suivants ont été réalisés et les résultats consignés sur les rapports d'essais référencés :

- **R041-12-102244-1A Ed.0** relatif aux essais de compatibilité électromagnétique selon la norme EN 60601-1-2 :2007
- **R041-13-101659-1A Ed.0** relatif aux essais de compatibilité électromagnétique selon la norme EN 301 489-17 V2.2.1
- **R041-13-101659-2A Ed.0** relatif aux essais radio selon la norme EN 300 328 V1.7.1
- **D120-12102076-01** relatifs aux essais de sécurité selon les prescriptions de la norme EN 60601-1: 2007 Ed.3 ainsi que des normes collatérales EN 60601-1-8 + CEI60601-1-11 : 2009 + EN 60601-1-6 et 60601-1-9
- **DEV 14 33** relatif à la mesure des répartitions des pressions
- **367140347** et **367140348** relatif aux essais feu
- **Lx14181** relatif à la caractérisation des matériaux

A Nîmes, le 18/05/14
Responsable du service qualité ASKLE SANTE



P.O. Directeur des opérations : Jean-Pierre SAULNIER

