

# ATTESTATION DE CONFORMITES TECHNIQUES

## N° ESC 19-004

**Demandeur :** PHARMAOUEST INDUSTRIES  
Z.A. ACTIPOLE 35 - BP 12  
35540 MINIAC-MORVAN

*Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):*

### COUSSIN STANDARD KALLI

*équipé(s) de : ou constitué(s) de :*

- ▣ **Mousse KALLI FORM** - Mousse viscoélastique 80kg/m<sup>3</sup>
- ▣ **Housse Pharmatex noire** - Dessus: 60% Polyuréthane - 40% Polyester - 120g/m<sup>2</sup> / Dessous antiglisse: 57% Polyuréthane - 43% Polyester - 150g/m<sup>2</sup>

*remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :*

**Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.**

*suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:*

**Pour les tests matériaux** : n° Ma 19-0067-0750, Ma 19-0067-0749, Ma 19-0067-0751, Ma 19-0067-0752, RES 196759, Ma 19-0067-0772, Ma 19-0067-0773, Ma 19-0067-0769, Ma 19-0067-0774, Ma 19-0067-0770, Ma 19-0067-0797, Ma 19-0067-0798, Ma 19-0067-0771, Ma 19-0067-0768, Ma 19-0067-0788

**Pour les tests feu** : n° FE 17-0211-1282, FE 17-0211-1283

**Pour les mesures de répartition de pression** : n° Ma 19-0067-0785, Ma 19-0067-0786, Ma 19-0067-0787


Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Champs Sur Marne, le 3 Octobre 2019

Suivi du dossier

Responsable de section



10, rue Galilée  
77420 Champs sur Marne  
Tél : +33 (0)1 72 84 97 84

**FCBA**